



**Grupo 1, item 3:**

**Fig. 01 - Foco Clínico 4 rodízios - semelhante ao que temos no setor médico do fórum Henoch Reis.**

**Pesquisa de focos clínicos com 5 rodízios e espelho, conforme termo:**



**Fig. 02 - Foco Clínico/Ginecológico - referência: FC 300 (Microem)**

*"Perfeito para ser utilizado em Ginecologia, Pequenas Cirurgias, Cirurgias Plásticas, Otorrino, Oftalmologia e Angiologia, entre outras utilizações."*

*Detalhes técnicos*

*Espelho*

*Lâmpada Halógena de 20 Watts (vida longa)*

*Luz fria*

INFORMAÇÃO  
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015/023676

Haste flexível  
Altura variável  
Base com 5 rodízios para maior estabilidade  
Corpo em metal esmaltado  
Pintura Epoxi  
Voltagem: 110 ou 220 Volts  
(Informação constante no site pesquisado)



Figura 03. Foco Clínico - referência: FM 500B (Trammit Soluções para a saúde)

"O Foco Clínico **com opção para espelho**, vem sendo muito utilizado por ginecologistas no acompanhamento de exames, proporcionando um maior conhecimento à paciente de sua anatomia."  
(Informação constante no site pesquisado)

### Grupo 3, item 43:

Em relação ao item "Lençol descartável, papel, 0,50m, 70m, rolo, maca hospitalar" - realmente só encontrei o rolo com 50cm (ou 0,50m) de largura e 50m de comprimento. Contudo, observe que na coluna referente à apresentação do produto, foi colocado **Rolo c/ 50m**, que está correto, porém difere da descrição.

(Sugestão: Fazer correção do descritivo do item, de 70m para 50m)

ADRIANA VILHENA FREITAS ROMANO  
Diretora da Divisão de Serviços Médicos