

Razão Social

Luana Taraczuk Michaliszyn

CNPJ

27.792.194/0001-61

ENDEREÇO FISCAL

Rua XV de Novembro, 964 – 03º andar – Conj. 30, Centro.

CIDADE/UF: Curitiba/PR

CEP: 80.060-000

INFORMAÇÕES FISCAIS

Empresária Individual – Simples Nacional

Inscrição Municipal: 771107-6

Inscrição Estadual: 90786008-69

REPRESENTANTE LEGAL

Luana T. Michaliszyn

RG: 13.147.827-5 SSP/PR

luana.michaliszyn@gmail.com

CONTATO COMERCIAL

☎ (41) 3016-2396 ☎ (41) 9 8474-3657

contato@michaliequipamentos.com

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0009-4

Conta corrente: 371.581-7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 – UASG 925866
Órgão Público:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Garantia

12 (doze) meses

Validade da Proposta

90 (noventa) dias

Prazo de Entrega

30 (trinta) dias

A Empresa Luana Taraczuk Michaliszyn, inscrita no CNPJ 27.792.194/0001-61, sediada no endereço Rua XV de Novembro, 964, Centro de Curitiba/PR, por meio de sua representante legal supracitada, DECLARA que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 011/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 011/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 011/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 011/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas;
- está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Luana T. M.
 Curitiba/PR, 29 de maio de 2020

Item	Especificação	Marca/Modelo	Qtd.	R\$ Unitário	R\$ Total
14	RAIOS X - COLUNA MÓVEL • Aparelho de raios-x com base móvel, sobre quatro rodízios duplos, com freios, que proporcionam boa estabilidade e melhor aproximação ao paciente e também o uso em mais de uma sala clínica. • Braços articulados confeccionados em aço e aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto, com alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm; mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho, fazem com que o posicionamento do cabeçote seja fácil e preciso, mesmo em radiografias mais difíceis. • Cabeçote com sistema de aterramento para maior proteção ao operador; ampola importada marca Toshiba proporciona maior segurança quanto à eficiência e durabilidade em função da experiência internacional do fabricante; dois limitadores na articulação oferecem proteção aos cabos elétricos. • Imersão em óleo garante refrigeração e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. • Câmara expansora de borracha com resistência potencial de elasticidade e tamanho garante proteção ao cabeçote, operador e paciente, pois o óleo aquecido a altas temperaturas, dilata com segurança reduzindo a pressão volumétrica, proporcionando a refrigeração ideal aos componentes do cabeçote, sem vazamento ou explosão. • Filtração total com equivalência em alumínio de 2,71mm libera os raios úteis e retém os raios moles, eliminando a radiação secundária. • Colimador primário, colocado após o filtro de alumínio limita o feixe de raios-x para o diâmetro de 59 mm na saída do cilindro localizador, reduzindo radiações em outras direções evitando que o feixe de raios-x atinja as paredes do cilindro; com bom direcionamento, diminui a área irradiada após o filme, dando maior proteção ao paciente. • Cilindro de orientação longo, utilizado para permitir o perfeito posicionamento do filme em relação ao feixe de raios-x; dimensionado para um sistema foco-filme de 200mm; revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura, retém a radiação secundária que por ventura possa se formar na colimação primária. • Colimador secundário localizado, na extremidade do cilindro, elimina a radiação secundária que possa se formar após o colimador primário, aumentando a segurança do profissional. • Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior nitidez e detalhe. • Goniômetro utilizado para se conseguir o ângulo de inclinação desejado, graduado com divisões de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos. • Tensão nominal 70 kVp; devido ao maior poder de penetração do feixe dos raios, pode-se operar com um menor tempo de exposição, reduzindo a possibilidade da radiação ser absorvida pelos tecidos, permitindo observação muito superior dos detalhes nas radiografias, inclusive dos tecidos moles. • Corrente de 8 mA prolonga a vida dos componentes do cabeçote. • Painel de comando com interruptor geral permite a visualização quando o aparelho está ligado. • Controle remoto conectado ao painel de comando através de fio espiralado, com todos os controles agrupados, permite o comando a uma distância de até 3m fora da área de radiação secundária, permitindo a possibilidade de acompanhamento visual do exame clínico. *Opcional: Permitido cabo de até 5 metros. • Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos oferece mais opções na escolha do tempo de exposição; o tempo de pré-aquecimento do cabeçote de 0,22 segundos já está incluso e é regulado através da seleção de tempo; deve ser somado ao valor indicado no painel, para se obter o tempo de aplicação de carga. • Tecla de disparo deverá ser mantida acionada durante todo o tempo de exposição selecionado, que será acompanhado por um led amarelo aceso e um sinal audível indicando o tempo em que o aparelho estará emitindo radiação. • Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e	ALLIAGE / RX D700 MAX COL MOVEL 127V +4% 60Hz	04 (quatro) un.	R\$ 6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais)	R\$ 25.960,00 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta reais)

	consecutivos, eliminando exposições desnecessárias à radiação e ao superaquecimento. • Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, atendendo o que determina o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde aprovado pela Portaria SVS - 453, de 01-06-1998 Tensão de rede: 127 or 220 V Potência: 1,20 kVA Tensão do cabeçote: 70 kVP Amperagem/cabeçote: 8 Ma				
--	--	--	--	--	--

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Raios X

D700

MAX

Quando custo-benefício
e eficiência se encontram.





**RAIOS X
COLUNA MÓVEL**



**RAIOS X
PAREDE**

Luana T.M.
Curitiba/PR, 29 de maio de 2020