



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Re: Diligência PE 002/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta - ITEM 2 - SOLUÇÃO IMPORTAÇÃO

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

25 de março de 2021 11:55

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Wendell,

Bom dia,

Segue análise técnica, PE002/2021, referente à proposta para o item 2 da empresa SOLUCAO IMPORTACAO:

Item 2 - Máscara N95

Empresa deixou de descrever conforme o Termo de Referência, incluindo cor, se oferece proteção contra poeira, fumo e névoas tóxicas

Informa que apenas uma camada possui tratamento eletrostático.

Mínimo de filtração de partículas do item da proposta é de 94%, abaixo do exigido.

Empresa informou número de registro do produto na Anvisa, entretanto este número não retornou resultados no site da Anvisa.

A proposta da empresa não atende requisitos técnicos do Termo de Referência.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Tribunal de Justiça do Amazonas

Divisão de Patrimônio e Material

Em 25/03/2021 11:12, Wendell Martins do Nascimento escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **002/2021** (PA nº 2020/012889), **item 2**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa SOLUCAO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENT.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta** atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **25/03/2021**, às **12:00**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: **(92) 2129-6743**