



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Re: Diligência PE 002/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta - ITEM 7 - NOEM MEDICAL

1 mensagem

Daniele da Silva Silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

23 de abril de 2021 21:02

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Da análise da proposta temos que:

A proposta não especifica se o avental é de manga longa e se possui elástico nos punhos, além disso é informado na proposta que o avental não é estéril diferente do que é solicitado no Termo de Referência.

Diante disso informamos que objeto ofertado na Proposta **não** atende ao exigido no Termo de Referência.

--

Atenciosamente

Daniele da Silva Duarte

Divisão de Patrimônio e Material TJAM

Em sex., 23 de abr. de 2021 às 14:46, Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **002/2021** (PA nº 2020/012889), **item 7**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa **NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO**.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta** atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até segunda-feira, **26/04/2021**, às **12:00**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: **(92) 2129-6743**