



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Re: Diligência PE 002/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta - ITEM 2 - MIAMIMED PRODUTOS

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

9 de fevereiro de 2021 11:57

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Wendell,

Bom dia,

Segue análise técnica referente ao item 2 do PE002/2021, da empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS.

Item 2 - Máscara N95:

Registro da Anvisa ok.

Faltam detalhes na descrição do item, incluindo: Mínimo de filtração - Tamanho das partículas, material e tratamento de todas camadas, se possui proteção contra poeiras, fumos e névoas.

Necessária manifestação da empresa para conclusão da análise técnica.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Tribunal de Justiça do Amazonas

Divisão de Patrimônio e Material

Em 09/02/2021 11:03, Wendell Martins do Nascimento escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **002/2021** (PA nº 2020/012889), **item 2**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa **MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta** atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **09/02/2021**, às **13:00 h**

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: **(92) 2129-6743**