



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Re: Diligência PE 002/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta Retificada - ITEM 2 - TECZAP COMERCIO

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

22 de março de 2021 08:56

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Prezado Wendell,

Bom dia,

Segue análise técnica, PE002/2021, referente à proposta retificada para o item 2 da empresa TECZAP COMERCIO:

Item 2 - Máscara N95

Item cotado conforme Termo de Referência.

Empresa apresentou registros da máscaras em órgãos de outros países, entretanto, a exigência do TR é clara quanto à obrigatoriedade de registro na Anvisa, o que não foi apresentado.

Proposta não atende requisitos técnicos do Termo de Referência.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

Em 19/03/2021 14:18, Wendell Martins do Nascimento escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços Retificada referente ao Pregão Eletrônico nº **002/2021** (PA nº 2020/012889), **item 2**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa **TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**.A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta** atende ao exigido no Termo de Referência?Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **22/03/2021**, às **10:00 h**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: **(92) 2129-6743**