



Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>

Re: Diligência PE 002/2021 - Análise Técnica sobre a Proposta Retificada - ITEM 1 - NEW POWER

1 mensagem

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

5 de fevereiro de 2021 11:52

Para: Wendell Martins do Nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Cc: "de Licitação, Comissão" <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

Segue análise técnica referente ao item 1 do PE002/2021, da empresa New Power, proposta retificada.

Item 1 - Máscara cirúrgica.

O valor de R\$0,49 é muito baixo para um pacote com 50 máscaras.

Não retificou a Unidade de fornecimento para pacote;

Não esclareceu se a máscara é de duas ou três camadas;

Não inseriu detalhes;

Concluímos que a proposta retificada da empresa New Power não atende requisitos técnicos.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça

Tribunal de Justiça do Amazonas

Divisão de Patrimônio e Material

Em 05/02/2021 11:38, Wendell Martins do Nascimento escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta Retificada** de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **002/2021** (PA nº 2020/012889), **item 1**, da Licitante classificada sob análise, a Empresa **NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio e Material:

1) O objeto ofertado na **Proposta Retificada** atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até sexta-feira, **05/02/2021, às 12:30 h**

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Wendell M. do Nascimento

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: **(92) 2129-6743**