



Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

PE 004/2022 - Análise Técnica sobre Proposta Retificada -Item 8 - HDX COMERCIAL EIRELI

2 mensagens

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

4 de fevereiro de 2022 14:02

Para: Secretaria de Serviços Integrados de Saúde <sisis@tjam.jus.br>, Beatriz Vasconcelos Fernandes <beatriz.fernandes@tjam.jus.br>, Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta referente ao Pregão Eletrônico n.º 004/2022 (PA n.º 2021/000012038-00) da **Licitante HDX COMERCIAL EIRELI**.

A verificação de adequação da Proposta ao Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiono à Secretaria de Serviços Integrados de Saúde - SESIS:

1) O objeto ofertado nas propostas atende ao exigido no Projeto Básico?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até segunda, **07/02/2022, às 10h**.

--

Att,

Adriano Cavalcante

Coordenadoria de Licitação

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

4 anexos



LISTA PRODUTOS ISENTO.pdf

95K



ITEM 08.pdf

321K



Kit Portátil de Oxigênio com cânula de Guedel.pdf

89K



ISENÇÃO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO.pdf

2302K

Beatriz Vasconcelos Fernandes <beatriz.fernandes@tjam.jus.br>

7 de fevereiro de 2022 10:20

Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Conforme análise técnica da equipe do setor médico deste Tribunal de Justiça, constatou-se que a proposta e o catálogo da empresa licitante **HDX COMERCIAL EIRELI** para o **Item 8** (Kit de Oxigênio Portátil - 3L) embora apresente descrição equivalente, no catálogo não apresentam mochila com 4 compartimentos.

Desta forma, recomenda-se diligência para que a empresa licitante comprove que o objeto oferecido atende aos requisitos do termo de referência. Encaminho em anexo o modelo ideal.

Atenciosamente,

Secretaria de Serviços Integrados de Saúde

SESI/TJAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Sem título.png
93K



Sem título.png
31K