



Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

PE 004/2022 - Análise Técnica sobre Proposta -Itens 5, 6 e 7 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

1 de fevereiro de 2022 14:04

Para: Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br>, Beatriz Vasconcelos Fernandes <beatriz.fernandes@tjam.jus.br>, Secretaria de Serviços Integrados de Saúde <sis@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta referente ao Pregão Eletrônico n.º 004/2022 (PA n.º 2021/000012038-00) da **Licitante** EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

A verificação de adequação da Proposta ao Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiono à Secretaria de Serviços Integrados de Saúde - SESIS:

1) O objeto ofertado nas propostas atende ao exigido no Projeto Básico?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até amanhã, **02/02/2022, às 12h.**

--

Att,

Adriano Cavalcante

Coordenadoria de Licitação

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

4 anexos

 **Catálogo - item 05.pdf**
505K **Proposta Readequada.pdf**
617K **Catálogo - item 06.pdf**
529K **Catálogo - item 07.pdf**

02/02/2022 12:35

E-mail de Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - PE 004/2022 - Análise Técnica sobre Proposta -Itens 5, 6 e 7 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

153K



Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

PE 004/2022 - Análise Técnica sobre Proposta -Itens 5, 6 e 7 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Beatriz Vasconcelos Fernandes <beatriz.fernandes@tjam.jus.br>

2 de fevereiro de 2022 11:46

Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Conforme análise técnica da equipe do setor médico deste Tribunal de Justiça, constatou-se que a proposta e o catálogo da empresa licitante **EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** para os **Item 5** (Bolsa máscara valva) e **Item 7** (fluxômetro) **estão** em conformidade com o Termo de Referência, podendo ser aceita para o PE 004/2022.

Quanto ao **Item 6** (Monitor Cardíaco), verificamos que a descrição da proposta está em conformidade com o solicitado no Termo de Referência, porém não localizamos no catálogo especificação técnica que comprove que o produto possua gravação da variável R-R, com complexo cardíaco QRS.

Com isso solicito diligência à empresa que comprove que o produto ofertado possui tais funções, atendendo assim, ao que consta no termo de referência.

Atenciosamente,
Secretaria de Serviços Integrados de Saúde
SESI/TJAM

Em ter., 1 de fev. de 2022 às 14:04, Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]