ESCLARECIMENTOS - TJ/AM/SECOP/COLIC

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº. **004/2022**, processo administrativo nº **2021/000012038-00**, cujo objeto é aquisição de Carga de Oxigênio, Cadeira de Rodas de sobrepeso, Aparelho de Raio X odontológico, Laringoscópio, Ambu, Monitor Cardíaco, Fluxômetro, Kit Oxigênio Portátil, Estetoscópio Acústico, Cadeira Ginecológica, Cadeira Odontológica, Seladora para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM, por um período de 12 (doze) meses.

À Empresa **M.F.A AGUIAR**

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2022/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-004-2022/16219-pregao-eletronico-n-04-2022-pedido-de-esclarecimento-m-f-a/file

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa M.F.A AGUIAR**,** a pregoeira apresenta a resposta, fundamentada pelo Setor Técnico Demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

"- Produto que empacota: Instrumental médico e odontológico

- Peso máximo, dentro das embalagens: 500g

- Tipo de embalagem que utiliza: Embalagem para esterilização em rolo de papel grau cirúrgico

- Tamanhos das embalagens, larguras e comprimentos:

- Rolo com 100m (20cm x 100m)

- Rolo com 100m (30cm x 100m)."

Tendo em vista a manifestação do Setor Técnico, segue mantida a Sessão Pública designada para o dia 01/02/2022 às 10h00 (Horário de Brasília) para abertura do certame.

Manaus, 25 de janeiro de 2022.

Elízia Mara Costa Israel

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por **ELIZIA MARA COSTA ISRAEL**, **Analista Judiciário**, em 25/01/2022, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0436662** e o código CRC **F05C7738**.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO AMAZONAS

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

Solicitação de Esclarecimento do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022-TJAM

Sarah Achur Tuma <sarah.achur@tjam.jus.br> 25 de janeiro de 2022 09:37
Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

Resposta:

- Produto que empacota: Instrumental médico e odontológico

- Peso máximo, dentro das embalagens: 500g

- Tipo de embalagem que utiliza: Embalagem para esterilização em rolo de papel grau cirúrgico

- Tamanhos das embalagens, larguras e comprimentos:

- Rolo com 100m (20cm x 100m)
- Rolo com 100m (30cm x 100m)

Atenciosamente

Sarah Achur Tuma
Assistente Administrativo SESIS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Anexo Resposta ao Pedido de Esclarecimento - M.F.A (0436661) SEI 2021/000012038-00 / pg. 3