
PE 016/2022 - Análise Técnica sobre Proposta - Grupo 1 - A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI

5 mensagens

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

17 de março de 2022 11:37

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 016/2022, (SEI nº 2021/000022884-00)** da **Licitante classificada sob análise** para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiono ao Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência/Projeto Básico?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje 17/03/2022, às 14:00h**.

--
Att,

Adriano Cavalcante
 Coordenadoria de Licitação
 Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

 **OV-2022--VA- -16.2022- _925866---Atualizada.pdf**
285K

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

17 de março de 2022 13:03

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Bom dia prezados,

A fim de auxiliar na análise técnica, segue os anexos enviados pela Licitante A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

6 anexos

 **LAUDO CONTROLBIO RESPIRADOR PFF2 VALENMED.pdf**
156K

 **MÁSCARA PFF2 SITE ANVISA.pdf**
157K

 **MÁSCARA PFF2 SITE ANVISA (1).pdf**
157K

 **Distribuidor Autorizado Miralupa.pdf**
256K

 **PUBLICAÇÃO REGISTRO MÁSCARA PFF2 ANVISA..pdf**
201K

 **Cat-Respirador Kn95 Miralupa.pdf**
1058K

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

17 de março de 2022 13:10

Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezado Adriano,

Boa tarde.

Precisarei de um pouco mais de prazo. Pode ser até amanhã, 9:00?

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

17 de março de 2022 13:43

Para: Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Boa tarde,

Considerando o pedido de dilação de prazo para cumprimento da diligência, este fica renovado até amanhã
18/03/2022 às 09:00h.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Igor de Vasconcellos Dias Mendonca <igor.mendonca@tjam.jus.br>

18 de março de 2022 07:52

Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezado Adriano,

Bom dia.

Segue a análise sobre a proposta da empresa AFH Comércio, referente ao Grupo 1 do PE016/2022.

Item 1: Empresa deve detalhar a descrição conforme Termo de Referência, incluindo informar se a máscara possui: Pregas horizontais, 3 pregas para ajuste de tamanho, estilo retangular, se cobre do nariz ao queixo, atóxica, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, descartável (uso único). Informar prazo de validade.

Item 2: Empresa deve detalhar a descrição conforme Termo de Referência, incluindo: Material: Se manta sintética possui tratamento eletrostático, descartável, tipo de correia, tamanho, cor, mínimo de filtração. Informar prazo de validade.

Cadastro na Anvisa 8229360002 verificado.

Manifestação da empresa é necessária para concluir a análise técnica.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]