



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO Nº 016/2015 – DVSM/TJAM

REF: Processo TJAM 2015/001337

Objeto: análise técnica de proposta de material médico

Em resposta ao encaminhamento, fl. 548 do processo em epígrafe, por meio do qual a Comissão Permanente de Licitação solicita análise de proposta à fl. 545, relativa ao item 13, informo:

1. Consta no Edital, fls. 459-489, Termo de Referência no qual o item em questão possui a seguinte descrição:

ITEM: 13 Cód. LICITAÇÃO: 275173

DESCRIÇÃO: LARINGOSCÓPIO E LÂMINAS CURVAS 1 – 4

Descrição aproximada: Laringoscópio, aço inoxidável, tamanho Adulto, "6 lâminas curvas", lâmpada alógena, encaixe padrão, proteção curto circuito, alta lumin., 2 pilhas médias, lâmina fosca, extremidade arredondada

2. A empresa oferece o item com apenas "**4 lâminas curvas**".

Portanto, a proposta apresentada pela empresa não está em conformidade com o descrito acima, ou seja, "**6 lâminas curvas**" que, neste caso, seriam nº 0, 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com nossa pesquisa de mercado.

Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,

DRA. ADRIANA VILHENA FREITAS ROMANO
Diretora da Divisão de Serviços Médicos – TJAM

Fórum Ministro Henoch Reis – Av. Paraíba, s/nº - São Francisco. Fones: 3303-5257/ 3303-5022
Edifício Desdor. Arnaldo Péres – Av. André Araújo, s/nº - Aleixo. Fones: 2129-6747/ 2129-6749
Manaus-AM